

Szczecin, dnia 28.04.2025. r.

NZOZ BEATA MODLIŃSKA,  
ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin  
NIP: 8521864374

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025/FENIX**

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

**TYTUŁ ZAMÓWIENIA:**

Zapytanie ofertowe nr 1/2025/FENIX dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027

**NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:**

NZOZ BEATA MODLIŃSKA,  
ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin

**OSOBA UPRAWNIONA** do kontaktów z dostawcami

Justyna Mroczkowska

Email: jusbmroczkowska@gmail.com

**KOD CPV:**

33112200-0: Aparaty ultrasonograficzne

**1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami (3 szt.) przeznaczonymi do różnego rodzaju badań o następujących parametrach minimalnych:

**USG wraz z głowicami**

| Lp. | Parametry / Warunek                                                                | Parametr wymagany |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Aparat fabrycznie nowy                                                             | TAK               |
| 2.  | <b>Konstrukcja</b>                                                                 |                   |
| 3.  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK               |
| 4.  | Przetwornik cyfrowy                                                                | Min. 12-bitowy    |
| 5.  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej                                   | TAK               |
| 6.  | Ilość niezależnych, aktywnych cyfrowych kanałów przetwarzania                      | Min. 4 700 000    |
| 7.  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych                                           | Min. 4            |
| 8.  | Dynamika systemu                                                                   | Min. 290 dB       |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.  | Monitor OLED (Organic Light Emitting Diode) lub LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu                                                                                                                                                                        | Przekątna ekranu min. 21 cali |
| 10. | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo                                                                                                                                                     | TAK                           |
| 11. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę                                                                                                                                                                                                    | Przekątna min. 10 cali        |
| 12. | Cyfrowa klawiatura alfanumeryczna dostępna na panelu dotykowym                                                                                                                                                                                                     | TAK                           |
| 13. | Zakres częstotliwości pracy                                                                                                                                                                                                                                        | Min. od 1 MHz do 18 MHz.      |
| 14. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)                                                                                                                                                                                                                 | Min. 2000 obrazów             |
| 15. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode                                                                                                                                                                                                                      | Min. 45 s                     |
| 16. | Regulacja głębokości pola obrazowania                                                                                                                                                                                                                              | Min. 2 - 30 cm                |
| 17. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika                                                                                                                                                                                          | Min. 40                       |
| 18. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min. 2 kół oraz blokadą kierunku jazdy                                                                                                                                                       | TAK                           |
| 19. | <b>Obrazowanie i prezentacja obrazu</b>                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| 20. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. <ul style="list-style-type: none"> <li>• B, B + B,</li> <li>• M</li> <li>• B + M</li> <li>• D</li> <li>• B + D</li> <li>• B + C (Color Doppler)</li> <li>• B + PD (Power Doppler)</li> </ul>                  | TAK                           |
| 21. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B                                                                                                                                                                                                                        | Min. 1800 obrazów/s           |
| 22. | Obrazowanie harmoniczne                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                           |
| 23. | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości lub ciągła automatyczna optymalizacja obrazu | TAK                           |
| 24. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)                                                                                                                                                                                                                         | TAK                           |
| 25. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)                                                                                                                                                                                                                          | Min.: +/- 3,08 m/s            |
| 26. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy                                                                                                                                                                                                 | TAK                           |
| 27. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach                                                                                               | TAK                           |
| 28. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD                                                                                                                                                                                                                     | TAK                           |
| 29. | Regulacja bramki dopplerowskiej                                                                                                                                                                                                                                    | Min. 0,5 mm do 20 mm          |
| 30. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej                                                                                                                                                                                                                      | Min. +/- 80 stopni            |
| 31. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)                                                                                                            | TAK                           |



|     |                                                                                                                                                                          |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 32. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”                                                                                                             | Min. 9              |
| 33. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach                                                                | TAK                 |
| 34. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)                                                                                                                            | TAK                 |
| 35. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym                                                                                             | TAK                 |
| 36. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych                                                                                                                             | TAK                 |
| 37. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku                                                                               | TAK                 |
| 38. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 5 map                                                                                                                  | TAK                 |
| 39. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu                                                                                               | TAK                 |
| 40. | <b>Archiwizacja obrazów</b>                                                                                                                                              |                     |
| 41. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB                                                          | TAK                 |
| 42. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM                                                                              | TAK                 |
| 43. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive                          | TAK                 |
| 44. | Videoprinter czarno-biały                                                                                                                                                | TAK                 |
| 45. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive                                                                                                          | TAK                 |
| 46. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps                                                                                                                            | TAK                 |
| 47. | <b>Funkcje użytkowe</b>                                                                                                                                                  |                     |
| 48. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie                                                                                                                               | Min. 8              |
| 49. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach                                                                                                                        | TAK                 |
| 50. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie                                                                                                         | TAK                 |
| 51. | Pełne oprogramowanie do badań: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brzusznych</li> <li>• Małych narządów</li> <li>• Naczyniowych</li> </ul> Mięśniowo-szkieletowych | TAK                 |
| 52. | <b>Głowice ultrasonograficzne</b>                                                                                                                                        |                     |
| 53. | <b>Głowica Convex</b> , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal<br>Podać typ.                                              | TAK                 |
| 54. | Zakres częstotliwości pracy                                                                                                                                              | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |
| 55. | Liczba elementów                                                                                                                                                         | Min. 160            |
| 56. | Obrazowanie harmoniczne                                                                                                                                                  | TAK                 |
| 57. | <b>Głowica Liniowa</b> szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.                                                                                                   | TAK                 |



|     |                                                                                                                                              |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 58. | Zakres częstotliwości pracy.                                                                                                                 | Min. 3,0 – 12,0 MHz |
| 59. | Liczba elementów                                                                                                                             | Min. 256            |
| 60. | Szerokość pola skanowania                                                                                                                    | Max. 39 mm          |
| 61. | Obrazowanie harmoniczne                                                                                                                      | TAK                 |
| 62. | <b>Głowica Liniowa</b> , szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ.                                                         | TAK                 |
| 63. | Zakres częstotliwości pracy                                                                                                                  | Min. 5,0 – 12,0 MHz |
| 64. | Liczba elementów                                                                                                                             | Min. 500            |
| 65. | Szerokość skanu                                                                                                                              | Min. 50 mm          |
| 66. | Obrazowanie harmoniczne                                                                                                                      | TAK                 |
| 67. | Obrazowanie trapezowe                                                                                                                        | TAK                 |
| 68. | <b>Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)</b>                                                                       |                     |
| 69. | Możliwość rozbudowy o głowicę MicroConvex o zakresie częstotliwości min. 5-8 MHz, liczbie elementów min. 190 oraz kącie skanu min. 70 stopni | TAK                 |

- Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
- Koszty transportu urządzeń zawarte powinny być w cenie.
- Wymagane jest, aby urządzenie było w całości fabrycznie nowe. Należy wskazać w ofercie rok produkcji urządzenia.
- Zamawiający przewiduje maksymalnie 50% wartości zamówienia w zaliczce lub pełna płatność po dostawie.
- Dostawa musi nastąpić najpóźniej w ciągu 15 tygodni od momentu podpisania umowy. Termin może ulec przesunięciu w sytuacji opóźnionej wypłaty środków na realizację projektu.
- Preferowane jest, aby cena wskazana w ofercie była wyrażona w PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej. W celu oceny złożonej oferty dokonane zostanie przeliczenie według średniego kursu NBP na dzień zakończenia postępowania konkurencyjnego.
- Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę i/lub nierealny termin dostawy w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zażądać od każdego Oferenta udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającego wpływ na wysokość oferowanej ceny i/lub termin wykonania prac. W przypadku nieprzedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień, oferta zostanie odrzucona.
- Oferenci niespełniający warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania. Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia nazwy producenta lub urządzeń, postanowienia te należy odczytywać jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowe prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard jakości towarów lub usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisanych w przedmiotowym zapytaniu. Za równoważne



uznaje się rozwiązania jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w specyfikacji zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Dostawcy.

## **2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji umowy (tj. dostawa urządzenia) musi nastąpić najpóźniej w ciągu 15 tygodni od dnia podpisania umowy pod rygorem naliczenia kar umownych za nieterminową dostawę.
2. Termin realizacji umowy liczony jest od dnia podpisania umowy, który przewiduje się w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia postępowania.

## **3. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania są wykluczone podmioty umieszczone (lub powiązane z nimi) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) tj.: Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub

podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik niniejszego zapytania.

#### **4. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. zostanie złożona po terminie składania ofert (Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie składania ofert w przypadku nieotrzymania odpowiedniej ilości ofert).
3. nie będzie kompletna.
4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

#### **5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie na realizację projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

#### **6. WYNAGRODZENIE**

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które nie będzie podlegało waloryzacji.

#### **7. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY I OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena -70%



- Gwarancja – 20%
- Szkolenia dla personelu – 10%

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.

Każdy Oferent (tj. przedsiębiorstwo posiadające jeden NIP) może przedstawić tylko jedną ofertę.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją lub też Zamawiający unieważni postępowanie.

Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:

| Kryterium                            | Waga (%) | Liczba punktów                                                         | Sposób oceny wg wzoru                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) cena                              | 70%      | Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 70 punktów. | $\text{Cena} = \frac{C \text{ min}}{C \text{ oferty}} \times 70\% \times 100$ <p>C min - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert<br/>C oferty - oznacza cenę badanej oferty</p> |
| 2) gwarancja na aparat i głowice     | 20%      | Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów. | <p>Gwarancja między 25 a 36 miesięcy – 10 pkt<br/>Gwarancja między 37 a 48 miesięcy – 20 pkt</p>                                                                                       |
| 3) zapewnienie szkoleń dla personelu | 10%      | Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów. | <p>Przeszkolenie z zakupionego aparatu USG – 10 pkt</p>                                                                                                                                |

## 8. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.
2. Oferty, niespełniające któregokolwiek z wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
5. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

## **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
3. Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.
5. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa powyżej przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytania Ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.
6. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z dwoma oferentami, którzy przedstawiają najkorzystniejszą ofertę w świetle określonych w przedmiotowym zapytaniu kryteriów.

## **10. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 05.05.2025 do godz. 23.59 na adres e-mail z którego zostało przesłane Zapytanie.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.